2019/10/3

トーカイセキュリティ株式会社

ミママモリ君アラート条件設定表（目安）

■ミママモリ君は、閾値の範囲外の値を検知すると、アラート警告を出します。
閾値の設定についての詳細は、マニュアル（センサーメンテナンス）をご覧ください。
また、グラフ表示をしている場合、アラートがOFFになりますのでご注意ください。

■閾値（しきい値）の目安

	成人	65歳～	80歳～
脈拍数（1分間あたり）	60～80回	60～70回	60～70回
呼吸数（1分間あたり）	12～18回	12～28回	10～30回

■ミママモリ君閾値（しきい値）設定例：個人のバイタル値により調整ください。



※各閾値（しきい値）設定欄の、分、秒は閾値の上限や下限を超えてアラート発報するまでの時間です。
例では、脈拍が130を超えて5秒経過するとアラートを出します。時間が0だと、即時発報します。

■離床アラート設定について



【ご注意】ミママモリ君システム（バイタルセンサー）は、医療機器ではありません。バイタルセンサーが計測する数値は目安としてご利用ください。